



# CERTIFICAT

## RAPPORT D'ESSAI N° 22.03679.01

Conformément au rapport n° 22.03679.01, daté du 29/08/2022, nous confirmons que le produit mentionné ci-dessous a été testé chez CENTEXBEL en référence à l'ISO 10993-5 (2009) :  
Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 5 : Essais pour la cytotoxicité in vitro.

Le produit présente la propriété suivante :

## Non cytotoxicité

A condition qu'il soit appliqué correctement.

L'évaluation de la cytotoxicité est basée sur la norme ISO 10993-5 : 2009.

### ECHANTILLON

**Mousse polyuréthane : EUCABASE®**

### Société

Kabelwerk Eupen AG  
Malmedyerstrasse 9  
4700 EUPEN  
Belgique

Certificat No. YR2459\_2022 est valable jusqu'au 29/08/2027

Centexbel | Technologiepark 70 | BE 9052 Gent | Belgique, 14/09/2022

A blue ink handwritten signature of Stijn Devaere.

Stijn Devaere, PhD  
Director Services