



CERTIFICAT

RAPPORT D'ESSAI N° 22.03679.03

Conformément au rapport n° 22.03679.03, daté du 29/08/2022, nous confirmons que le produit mentionné ci-dessous a été testé chez CENTEXBEL en référence à l'ISO 10993-5 (2009) :
Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 5 : Essais pour la cytotoxicité in vitro.

Le produit présente la propriété suivante :

Non cytotoxicité

A condition qu'il soit appliqué correctement.

L'évaluation de la cytotoxicité est basée sur la norme ISO 10993-5 : 2009.

ECHANTILLON **Mousse polyuréthane : EUCASELECT® (sauf toutes les qualités Eucaselect®CM (Combustion Modified))**

Société Kabelwerk Eupen AG
Malmedyerstrasse 9
4700 EUPEN
Belgique

Certificat No. YR2461_2022 est valable jusqu'au 29/08/2027

Centexbel | Technologiepark 70 | BE 9052 Gent | Belgique, 14/09/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stijn Devaere'.

Stijn Devaere, PhD
Director Services