



CERTIFICAAT

TESTRAPPORT Nr. 22.03679.11

Op basis van testrapport nr. 22.03679.11, op datum van 29/08/2022, bevestigen we dat het hieronder vermelde artikel door Centexbel werd getest met referentie naar ISO 10993-5 (2009) : Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 5 : Beproeving op in-vitro cytotoxiciteit.

Het artikel bezit de volgende eigenschap

Geen cytotoxiciteit

Op voorwaarde dat het artikel op de geëigende manier wordt toegepast.

Cytotoxiciteit werd geëvalueerd op basis van het standard ISO 10993-5 : 2009.

STAAL

Polyurethaan schuim: EUCASELECT® (behalve alle kwaliteiten Eucaselect®CM (Combustion Modified))

Bedrijf

Kabelwerk Eupen AG
Malmedyerstrasse 9
4700 EUPEN
België

Certificaat nr. YR2881_2022 is geldig tot 29/08/2027

Centexbel | Technologiepark 70 | BE 9052 Gent | Belgium, 14/09/2022

A blue ink handwritten signature of Stijn Devaere.

Stijn Devaere, PhD
Directeur Diensten