



CERTIFICAT

RAPPORT D'ESSAI N° 22.03679.04

Conformément au rapport n° 22.03679.04, daté du 29/08/2022, nous confirmons que le produit mentionné ci-dessous a été testé chez CENTEXBEL en référence à l'ISO 10993-5 (2009) :
Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 5 : Essais pour la cytotoxicité in vitro.

Le produit présente la propriété suivante :

Non cytotoxicité

A condition qu'il soit appliqué correctement.

L'évaluation de la cytotoxicité est basée sur la norme ISO 10993-5 : 2009.

ECHANTILLON **Mousse polyuréthane : EUCAVISCO® (sauf
EUCAVISCO® MDI et EUCAVISCO® MDI
(Combustion Modified))**

Société Kabelwerk Eupen AG
Malmedyerstrasse 9
4700 EUPEN
Belgique

Certificat No. YR2462_2022 est valable jusqu'au 29/08/2027

Centexbel | Technologiepark 70 | BE 9052 Gent | Belgique, 11/10/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stijn Devaere'.

Stijn Devaere, PhD
Director Services