

CERTIFICAT

ANALYSE EFFECTUÉE PAR CENTEXBEL | RAPPORT DE CERTIFICATION N° YR1847_2017

Selon les rapports N° 17.03336.01, 17.03336.02 and 17.03336.03, en date du 24/07/2017, nous confirmons que l'article mentionné ci-dessous a été testé par Centexbel selon la norme Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 5 : Essais pour la cytotoxicité in vitro.

L'article présente la propriété suivante :

Non cytotoxicité

À condition qu'il soit appliqué de manière appropriée.


L'évaluation de la cytotoxicité est basée sur la norme ISO 10993-5 : 2009.

ARTICLE Polyurethane foam: EUCABASE®, EUCAFEEL® et EUCASELECT®

Entreprise Kabelwerk Eupen AG
Malmedyerstrasse 9
4700 EUPEN
Belgique

Le certificat N°. YR1847_2017 est valable jusqu'au 24/07/2022

Centexbel | Technologiepark 7 | BE 9052 Gent | Belgique, 30/11/2017


Stijn Devaere, PhD - Director Services